

**発注名： 整流機能付き多孔ピトー管風量計**




件名又は品名	規格	数量	単位
整流機能付き多孔ピトー管風量計	仕様書のとおり	1	式

納入期限：平成30年7月20日（金）

発注番号 35577

## 仕様書

1. 件名            整流機能付き多孔ピトー管風量計購入
2. 内容
  - 1) 整流機能付き多孔ピトー管風量計「エアメジャー」  
型番：AMA700×700  
風速測定範囲：2.5～25m/s  
使用温度範囲：-50～150℃  
温度計測用管台（ケーシング側面）付  
数量：1台
  - 2) 詳細は別紙参照
3. 納品先  
茨城県つくば市立原1番地  
国立研究開発法人建築研究所 本館7F  
防火研究グループ 716-A号室
4. 納入期限  
平成30年7月20日（金）
5. 検査  
納品完了後は、本仕様に基づく担当者の検査に合格しなければならない。



⑩ 管台	SUS304 25A JIS 5K	材	質
⑫ ビス	SUS304		
⑩ Oリング	Si(Q)及VFKM		
⑩ チュービングボルト	SUS303		
⑨ 圧力取出し口	SUS304 Rc1/8		
⑧ 圧力集合管	SUS304		
⑦ センサーセパレータ	SUS304		
⑥ 整流プレート	SCS13		
⑤ 角丸兼用ブラグ	SCS13		
④ 角型専用ブラグ	SUS304		
③ センサ管	共板アランジ		
② フランジ	SUS304 t1.5		
① ケーシング	SUS304		

型番	AMA1700×700H特	寸法	700	寸法	700	寸法	700	寸法	4	温度計用管台付	備考
----	---------------	----	-----	----	-----	----	-----	----	---	---------	----